

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1120298

Výrobek: SMART transformátor proudu

Typ: PTD

Jmenovité hodnoty: proud: 200; 400; 600 nebo 900 A / 20 mA; CAT IV/300 V AC, bezpečnostní třída II

Objednavatel: MEgA - Měřicí Energetické Aparáty, a.s.
664 31 Česká 390, Česká republika

Výrobce: MEgA - Měřicí Energetické Aparáty, a.s.
664 31 Česká 390, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 101166-01/01 ze dne: 03.06.2011

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61010-1:2003
ČSN 61010-2-032:2003

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 201987 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. (2006/95/EC) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.4.2015

18.4.2012

V Praze dne

Ing. Jarmil Mikulík
Zástupce vedoucího certifikačního orgánu



razitko



201987-01